



Kod produktu 290483

ABENA® Classic

Rękawice diagnostyczne, ABENA Classic Sensitive, M, czarny, nitryl, bezpudrowe

- ✓ Elastyczne
- ✓ Wyjątkowo miękkie
- ✓ Dopasowują się do dłoni
- ✓ Cienki materiał zapewnia dużą czułość dotykową
- ✓ Czarne



Opis produktu

Elastyczne rękawice diagnostyczne, które dopasowują się do kształtu dłoni podczas użytkowania i zapewniają dużą czułość dotykową. Można je stosować do różnych zadań, takich jak czyszczenie, pielęgnacja, kontakt z żywnością, prace laboratoryjne oraz praca z lekami, cytostatykami i kremami hormonalnymi. Ponieważ nie zawierają białek lateksu, można je bezpiecznie stosować w przypadku alergii na lateks.



Specyfikacja

Nazwa bazowa	Rękawice diagnostyczne
Marka	ABENA
Submarka	Classic Sensitive
Wielkość opak.	M
Kolor	Czarny
Właściwości	Teksturowane palce, bezlateksowe, średnia przyczepność, wywijany mankiet, delikatne
Funkcje	Bezpudrowe
Pojedyncze lub wielokrotne użycie	Jednorazowego użytku
Surowiec	Nitryl
Lista składników	Nitrile NBR, Potassium Hydroxide, Zinc oxide, ZDEC, ZDBC, Sulphur, Titanium Dioxide, black pigment, Antifoam ELP
Długość/głębokość	240 mm
Szerokość	96 mm
Masa, netto	3.4 g
Grubość	0,05 mm
Certyfikaty	CE. Materiały mające kontakt z żywnością. CAT III. MD.
Kategoria CE	CAT III
Klasa CE	Class I
Standardy produktu lub testu	AQL 1.5, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-4:2019
Dyrektywy, rozporządzenia i ustawy	(WE) NR 1935/2004, (WE) NR 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745
Termin przydatności	5 lat
Instrukcje dotyczące przechowywania	Przechowywać w suchym, czystym miejscu, w temperaturze pokojowej.
Instrukcje dotyczące utylizacji produktu	Można utylizować razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi po posegregowaniu zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje dotyczące utylizacji opakowań

Można utylizować razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi po posegregowaniu zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje dotyczące użycia/stosowania

Przed użyciem należy zbadać rękawice pod kątem wad i uszkodzeń.

Opakowanie

Jedn.	Skład	Dł.	Szer.	Wys.	EAN
kart.	1000 szt.	26.5 cm	25.2 cm	25.5 cm	5703538355431
opak.	100 szt.	24.2 cm	12.2 cm	5 cm	5703538355448
par.	2 szt.				
szt.	1 szt.				



Produkty z oznaczeniem MD są klasyfikowane jako wyroby medyczne.



Znak CE gwarantuje, że produkt jest bezpieczny w użyciu i jest zgodny ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa. CE to skrót od Conformité Européenne (zgodność europejska), który występuje głównie na sprzęcie elektronicznym, sprzęcie bezpieczeństwa, produktach budowlanych i urządzeniach medycznych.



Homologacja innej firmy jest wymagana w przypadku wszystkich produktów ochrony osobistej kategorii III (PPE). Produkty sklasyfikowane jako produkty kat. III są oznaczone także numerem jednostki notyfikowanej odpowiadającej za zewnętrzną weryfikację produktu w zakresie bezpieczeństwa.



Symbol kieliszka i widelca gwarantuje, że produkty spełniają wymagania określone w europejskich przepisach prawa dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Choć obecność tego symbolu nie jest wymagana, to zaleca się umieszczanie go na produktach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.



Rękawica ma w pełni tekstuowaną powierzchnię na palcach.



Rękawica ma średnią przyczepność.



Produkt nie zawiera lateksu.



Rękawica ma długość 240 mm.



Norma określa wymagania dotyczące rękawic chroniących przed chemikaliami i mikroorganizmami. Typ B został przetestowany na czas przenikania co najmniej 30 minut przez substancje: sodium hydroxide 40%, hydrogen peroxide 30% i formaldehyde 37%.



Norma określa wymagania dotyczące rękawic chroniących przed niebezpiecznymi chemikaliami i mikroorganizmami. Ta część normy opisuje odporność rękawic na bakterie, grzyby i wirusy.

EN 455

EN 455 składa się z czterech norm, na podstawie których rękawice muszą być testowane, aby mogły być rękawicami medycznymi. Ta norma określa wymagania dotyczące jednorazowych rękawiczek medycznych.

EN ISO 21420

Niniejsza norma określa ogólne wymagania i odpowiednie procedury badawcze dotyczące projektu i konstrukcji rękawic, nieszkodliwości, komfortu i skuteczności, a także oznakowania i informacji dostarczonych przez producenta, mających zastosowanie do wszystkich rękawic ochronnych.

